

## ТЕРМОГРОМЕТР ВТ-1

Призначений для оперативного вимірювання температури та відносної вологості повітря. Термогірометр складається з цифрового приладу, перетворювача температури та вологості або (і) термоперетворювача характеристики Pt1000.

Діапазон вимірювання цифрового приладу  
для відносної вологості повітря  
для температури

**від 0 до 100 %**  
**від мінус 50 до 600 °C**

Робочий діапазон температур перетворювача  
температури та відносної вологості повітря\*  
\* залежно від матеріалу корпусу

**від мінус 40 до 85 °C**

Ціна найменшого розряду (дискретність):

для відносної вологості повітря  
для температури:  
в діапазоні від мінус 50 °C до 199,9 °C  
в діапазоні від 200 °C до 600 °C

**1 %**  
**0,1 °C**  
**1 °C**

Похибка комплекту при вимірюванні відносної  
вологості

**±(3...5) %**

Похибка комплекту при вимірюванні темпера-  
тури

в діапазоні від мінус 50 °C до 199,9 °C  
в діапазоні від 200 °C до 600 °C

**±1 °C**  
**±0,01 | T | °C**  
**T - температура повітря**

Напруга живлення, В

**7...11, гальванічна батарея**  
**типу «Крона»**

Можливі зміни виконання і характеристик.

