

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТВР-0688 (ТУ 25-7363.054-90)

Предназначен для измерения температуры очищенного от шлака расплавленного чугуна на различных агрегатах чугунолитейного производства путем кратковременного (5с) погружения в измеряемую среду с последующей заменой пакетов преобразователя термоэлектрического ПТВР-0688, которые являются изделиями разового использования или, в зависимости от условий применения, повторно-разового кратковременного использования.

Пакет может поставляться как самостоятельное изделие согласно ТУ 25.7363.055-90.

Рабочий диапазон измеряемых температур, °С	от 1200 до 1800
Литерное обозначение НСХ	А-1, А-2, А-3
Класс	2 или 3
Показатель тепловой инерции, с, не более	2
Масса, кг, не более: термопреобразователя пакета	1,5 0,2

